



Made by: 08.12.2011 EL
Checked by: 08.12.2011 MH
Accepted by: 08.12.2011 OP

Säkerhetsanvisningar

Flödesgivares Kvalitetskontroll

SpiroSafe-flödesgivarna för engångsbruk som tillverkas av Medikro använder sig av pneumotach med screen. Under tillverkningen övervakas flödesgivarna noggrant och kontinuerligt för att säkerställa en hög kvalitet vartefter de tilldelas ett partinummer. Flödesgivarens prestanda beror på pneumotach-flödesegenskaperna.

Varje SpiroSafe-flödesgivare inspekteras och mäts. Mätningssdan garanterar produktionspartiets kvalitet.

Varningar

Ett varningsmeddelande i denna handbok anger ett förhållande eller förfaringssätt som kan leda till att patienten skadas, insjuknar eller dör.

WARNING Flödesgivaren är avsedd för engångsbruk.

WARNING Tvätta inte flödesgivaren. Detta ökar risken för korskontaminering och ändrar mätningresultaten märkbart. Om SpiroSafe-flödesgivaren för engångsbruk tvättas kan inte Medikro garantera spirometersystemets mätningprecision.

WARNING Flödesgivarna för engångsbruk förpackas icke-sterila.

WARNING Blanda inte rena och förbrukade flödesgivare tillsammans.

WARNING Använd en ny, ren flödesgivare för engångsbruk för varje patient.

Försiktighetsbeaktanden

Ett försiktighetsmeddelande i denna handbok anger ett förhållande eller förfaringssätt som kan leda till att utrustningen drabbas av funktionsfel eller skadas eller att data förloras.

FÖRSIKTIGHETSBEAKTANDEN Använd denna flödesgivare för engångsbruk med följande spirometrar: Medikro SpiroStar och SpiroMaster.

FÖRSIKTIGHETSBEAKTANDEN Täck en flödesgivarförpackning som öppnats.

FÖRSIKTIGHETSBEAKTANDEN Kalibrera spirometern enligt anvisningarna i denna handbok.

FÖRSIKTIGHETSBEAKTANDEN Kalibrera aldrig spirometern med en flödesgivare som redan använts. Detta ökar risken för korskontaminering genom kalibreringsprutan.

FÖRSIKTIGHETSBEAKTANDEN Varje gång du öppnar en ny förpackning med SpiroSafe-flödesgivare ska du kontrollera produktionspartinumret på etiketten som finns på förpackningens yttre sida. Om detta partinummer skiljer sig från det partinummer som används för tillfället, måste en ny lineariseringsfil användas innan testet återupptas. I detta fall följer du kalibreringsanvisningarna i denna handbok (se kapitlet Kalibreringsprocedur och -godkännande). Att använda en fel lineariseringsfil kan ge upphov till felaktiga data.

Kalibrering av spirometern

Varje gång du öppnar en ny förpackning med SpiroSafe-flödesgivare, ska du kontrollera produktionspartinumret på etiketten som finns på förpackningens yttre sida. Om detta partinummer skiljer sig från det partinummer som används för tillfället, måste en ny lineariseringsfil användas innan testet återupptas.

I SpiroSafe-flödesgivarförpackningen finns en CD som innehåller lineariseringsfilen. Den medföljande CD:n är endast avsedd att användas med Medikro Spirometry Software.

Kontrollera SpiroSafe-flödesgivarens lineariseringsfil och ändra den vid behov i inställningarna för Medikro Spirometry Software eller i fönstret Kalibrering. Andra lineariseringsfilen genom att klicka på knappen Kalibrera eller välj:

Apparat

Inställningar

Spirometri

Lineariseringsfil

Välj rätt lineariseringsfil i listrutan. Om filen inte finns i listan, var god välj knappen "Ny fil..." och följ anvisningarna som ges av Medikro Spirometry-programvaran.

Anvisningar för avfallshantering

EAN-kod: 6420099000011, 64200990000264

Material: Flödesgivare: HDPE

Innerpåse: PP

Ytterkartong: Kartong

Kassera flödesgivaren, den interna väskan och den externa kartongen enligt nationella eller lokala lagar eller enligt din inrättnings kasseringsföreskrifter. Allt material är återvinningsbart eller brännbart. Produktsäkerhetsbladet finns tillgängligt på begäran för varje material.

Medikro Oy

Mail address: P.O.Box 54, FI-70101 Kuopio, Finland
Street address: Kellolahdentie 27, FI-70460 Kuopio, Finland

Tel: +358 17 283 3000
Fax: +358 17 283 3300
E-mail: sales@medikro.com
Home page: www.medikro.com

Business Identity Code: 0288691-7
V.A.T.: FI02886917
Domicile: Kuopio